BỘ Y TẾ VIỆT NAM
VIET NAM MINISTRY OF HEALTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, date 23 month 07 year 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALES

1. Giấy chứng nhận số/Certificate No: 20000338CFS/BYT-TB-CT

2. Sản phẩm/Product(s): Khẩu trang y tế cao cấp PhamaTech (PhamaTech High Quality Medical Disposable Face Mask)

3. Chủng loại/Model: TKSPHTA110

4. Công ty sở hữu hợp pháp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH

- Product(s) Owner: THANH KIM SON PHAMATECH TRADE COMPANY LIMITED

- Địa chỉ : Số 288B11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Address : No. 288B11, Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

5. Công ty sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH

- Manufacturer: THANH KIM SON PHAMATECH TRADE COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Address: No. 35, Nguyen Van Giai Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm trên tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

This is to certify that the above product(s) comply with the relevant standards of the S.R. Vietnam or equivalent and are allowed to be sold in Vietnam. The exportation of the product(s) is not restricted.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

This certificate is vaild for three years from the date of issuance.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
FOR MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER OF HEALTH

Nguyễn Trường Sơn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH_2O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH_2O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép nguyên tố kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

** Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Thương mại Thành Kim Sơn PhamaTech cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 03/06/2020.*

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

SOÁT XÉT

Hà Quang Thanh

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

Nguyễn Mạnh Hải

Địa chỉ: 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội * Điện thoại: (024) 38523065

BỘ Y TẾ
VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM

Số: 261520/VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Thương mại Thành Kim Sơn PhamaTech

Địa chỉ: 288B11 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế cao cấp nhãn hiệu PhamaTech

Model: TKSPHTA110

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Thành Kim Sơn PhamaTech

Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Giai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Nguyễn Mạnh Hải

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 – Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

TS. Lê Thanh Hải

Địa chỉ: 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội * Điện thoại: (024) 38523065