BỘ Y TẾ
VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM

Số: 202220 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thiên Thủy

Địa chỉ: 496/91/10 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế 04 lớp

Model: KK4L

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thiên Thủy

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

TS. Lê Thanh Hải

Scanned by TapScanner

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo;không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH_2O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH_2O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thiên Thủy cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 05/05/2020.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

SOÁT XÉT	NGƯỜI THỬ NGHIỆM
Nguyễn Văn Hùng	Lê Đức Hà

Địa chỉ: 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội * Điện thoại: (024) 38523065

Scanned by TapScanner